

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
МЕТРОЛОГИИ им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»  
(ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

190005, Россия, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, тел: +7(812)251-76-01, факс: +7(812)713-01-14  
info@vniim.ru, www.vniim.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311541



# СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЕРКЕ

№ С-В/14-04-2022/148696684



RA.RU.311541

Действительно до «13» апреля 2023 г.

Средство измерений

Спектрометр рентгенофлуоресцентный, DELTA SERIES DP-2000,

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

рег. № 45510-10

заводской (серийный) номер

511387

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

-

поверено

в ПОЛНОМ объёме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с

"Спектрометры рентгенофлуоресцентные DELTA SERIES DC-2000, DELTA

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

SERIES DS-2000, DELTA SERIES DP-2000. Методика поверки"

с применением эталонов:

ГСО 10504-2014, ГСО 4308-88/4312-88, наименования эталонов

регистрационные номера и (или) наименования и обозначения типов стандартных

приведены на оборотной стороне

образцов и (или) средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов:

температура воздуха 23,8 °С, относительная

перечень влияющих факторов, при которых

влажность воздуха 37,3 %, атмосферное давление 102,6 кПа

проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов

первичной (периодической) поверки признано пригодным к

необязательно зачеркнуть

применению.

Знак поверки:



Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-148696684>

Поверитель

Подпись

Эннанова Татьяна Михайловна

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Руководитель НИЛ 2422

Подпись

Соколов Тимофей Борисович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

должность руководителя подразделения или другого  
уполномоченного лица

Дата поверки

«14» апреля 2022 г.

серия В № 007016