



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

RA.RU.311320
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ТТ/01-12-2022/205273375

Действительно до 30 ноября 2023 г.

Средство измерений Спектрометры эмиссионные Папуас-4, мод. ПАПУАС-4ДИР, Госреестр № 21922-11
наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер 287
заводской или серийный номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе —

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с МП-242-1153-2011
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов СО СОСТАВА ЦИНКА (комплект VSZ1), ГСО 8743-2006, границы абсолютных погрешностей аттестованного значения СО при доверительной вероятности 0.95 % ±(0,00002-0,14)%
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов температура воздуха: 22 °С, относительная влажность: 32 %, атмосферное давление: 102 кПа, напряжение сети: 226 В, частота сети: 50 Гц
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано пригодным к применению.

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-205273375>

Поверитель Деркач И.Н.
фамилия и инициалы

Знак поверки 

Пачальник отдела Кузнецов И.М.
подпись *фамилия и инициалы*

Дата поверки 01 декабря 2022 г.